



Teligent Canada Inc.

5995 Avebury Road, Suite 802
Mississauga, Ontario
L5R 3P9

T. 416.485.6995

F. 416.485.8352

Email: canadarecall@teligent.com

URGENT: RAPPEL DE PRODUITS MÉDICAMENTEUX

RE: (Alveda Pharmaceuticals Inc.) Acétylcystéine pour injection 200 mg/ml, 30 ml, DIN 02300435, Lot 175080, 175081, et 175082, Date d'expiration Octobre 2020

Vendredi 24 avril 2020, Teligent Canada Inc. a lancé un rappel volontaire de **Acétylcystéine pour injection d'Alveda Pharmaceuticals Inc. 200 mg/ml, 30 ml, DIN 02300435, lots 175080, 175081 et 175082 avec la date d'expiration Octobre 2020** sur le marché canadien.

Le rappel a été lancé en raison de: **Le code à barres incorrect sur les fioles d'Alveda étiquetés Acétylcystéine pour injection 200 mg/ml (6 g / 30 ml) DIN 02300435**. Le code à barres dans le code QR sur l'étiquette de la fiole est «837641000522». Le code à barres «837641000522» correspond au code UPC du carton des ampoules Teligent Diazepam Injection USP 5 mg/ml (10 mg / 2 ml), paquet de 10, DIN 02385392. Veuillez noter le code à barres de l'étiquette du carton pour Acétylcystéine pour injection 200 mg/ml (6 g / 30 ml) DIN 02300435 est correctement écrit «837641000263».

La classification des risques associés à ce produit est de **Type III**, une situation dans laquelle **l'utilisation ou l'exposition à un produit n'est pas susceptible d'entraîner des conséquences néfastes sur la santé**. Aucun rapport d'effets indésirables n'est associé à un code-barres incorrect sur l'étiquette de la fiole.

La profondeur de ce rappel s'étend aux établissements de santé.

En raison de ce rappel, les clients ont été demandés de:

- Arrêtez toute vente ou distribution de Acétylcystéine pour injection 200 mg/ml, 30 ml, DIN 02300435 numéro(s) de lot 175080, 175081 et 175082
- Effectuer une évaluation de l'inventaire.
- Avertissez votre point de vente de la quantité de stock en votre possession de chaque lot
- Retournez le produit rappelé à votre point de vente.

Les étapes ci-dessus devraient être terminées le **jeudi 7 mai 2020**. Santé Canada a été avisé de ce rappel. Si nos clients ont des questions concernant le rappel, veuillez nous contacter à canadarecall@teligent.com ou au [1.416.485.6995](tel:14164856995).

Nous remercions nos clients pour leur coopération et leur assistance.

Cordialement,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Mark Mantel".

Mark Mantel, Directeur général
Teligent Canada